

ヘルスケア用品配付事業に係る仕様書

1 物品名

自動血圧計

2 目的

組合員の健康増進に寄与するため、正確かつ容易に測定可能な自動血圧計を希望する所属所へ提供することで、職場の健康づくり環境を支援する。

3 納入品

自動血圧計本体、AC アダプタ、取扱説明書、その他付属品

4 納入場所

公立学校共済組合山口支部が指定する所属所（県内公立学校等 330 箇所）

5 納入期限

令和 7 年 12 月 31 日までに上記「5 納入場所」へ納入が完了すること。

6 要求仕様

6-1 基本機能

○測定方式：オシロメトリック法

○測定部位：上腕

○測定範囲：

- ・血 圧：最高血圧/60～260mmHg、最低血圧/40～215mmHg

- ・脈拍数：40～180 拍/分

○測定精度：

- ・血 圧：±3mmHg 以内

- ・脈拍数：±5%以内

○加圧方式：ファジィコントロール方式またはそれに準ずる自動加圧方式

○減圧方式：自動排気方式

○表示：液晶表示（血圧値（最高/最低）、脈拍数、測定日時、エラー表示等）

○電源：AC アダプタおよび乾電池（単 3 形推奨）の両方に対応していること。

AC アダプタは標準添付とする。

○適用腕周範囲：標準的な腕周長（22～32cm 程度）に対応できること。

○操作性：

- ・全自動巻き付け腕帯に腕を通して測定できること。

- ・測定開始ボタンを押すだけで測定が開始できること。

- ・表示が見やすく、操作が簡単であること。
- ・取扱説明書が付属していること。

6-2 付加機能（望ましい機能）

- ゲスト測定モード：測定データを本体に記録しないゲスト用の測定モード。
- バックライト機能：暗い場所でも表示が見やすいバックライト機能。
- 収納ケースまたは保管用袋：本体や付属品をまとめて保管できるケースまたは袋が付属していること。

6-3 耐久性・安全性

- 耐久性：日常的な仕様に耐えうる堅牢な設計であること。
- 安全性：電気用品安全法（PSE マーク）など、関連する安全規格に適合していること。
- EMC 規格：医療機器に関する EMC 規格に適合していること。

6-4 製品保証

- 保証期間：1 年以上の保証期間が付帯していること。
ただし、初期不良については受注者が交換対応をすること。（使用上の誤りや落下などによる故障を除く。）

6-5 その他

- 保守・点検：用意に保守・点検ができる構造であること（推奨）。
- 環境への配慮：省電力設計であることが望ましい。

7 基準品

オムロン：デジタル自動血圧計 HCR-1602

8 同等品について

上記「7 要求仕様」の基本機能を全て満たし、かつ同等以上の性能を有する製品を同等品として認める。入札にあたっては、事前に「同等品規格確認票」を提出し、同等品の認定を受けること。

9 その他

- 必要に応じて、サンプル機の提供を求めることがある。
- 本仕様書に記載されていない事項については、発注者の支持に従うこと。また、業務の実施につき疑義が生じた場合は、その都度協議を行う。